

广西建通工程咨询有限责任公司

专家论证小组签到表

项目名称：核磁共振维修配件采购

论证时间：2022年7月1日下午17时00分

序号	姓名	工作单位	职称或职务	联系电话	备注
1	苏生	桂林市第一人民医院	工程师		
2	孙军	桂林市第一人民医院	工程师		
3	邓永波	桂林市第一人民医院	工程师		

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	苏建	
	职称:	工程师	
	工作单位:	鞍山市第一人民医院	
项目信息	项目名称:	核磁共振维修配件采购	
	项目预算金额:	48万元	
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>上海联影医疗科技股份有限公司生产的核磁共振目前尚未对任何第三方维修公司开放配件供应、维修保养培训及标准操作文档手册。所以目前无其他维修公司可以提供取影设备原厂认可的配件，也无法提供可靠的维修人工服务及整机保养。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款之规定：为保证原有采购项目一致性及后续服务的需要，必须继续从原供应商上海联影医疗科技股份有限公司做单一来源采购。</p>		
	专业人员签字	苏建	日期: 2022年7月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李江	
	职称: 工程师	
	工作单位: 徐州市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 核磁共振维修配件采购	
	项目预算金额: 48万元	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备所需的配件为核心部件,在操作和维修过程中存在较高的安全风险及技术难度。其生产厂家提供的区域售后服务维修技术支持及配件支持,将会取代生产厂家行数据传输过程中的权利义务,所以建议使用单一来源采购的方式。</p>	
专业人员签字	李江	日期: 2022年7月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	邓豪发	
	职称:	工程师	
	工作单位:	徐州市第一人民医院	
项目信息	项目名称:	核磁共振维修配件采购	
	项目预算金额:	48万元	
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位使用的超导核磁共振设备为大型医用贵重精密仪器，技术复杂，目前该设备液氮挥发，液氮压缩机坏，目前已停止使用。由于该单位维修的该大型精密设备，其配件与其他厂家品牌配件不兼容，此类配件在市场上没有同类型通用替代产品，因此必须购买原厂配件。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，只能从唯一供应商处采购。</p> <p>经论证，该项目只能使用原生产厂家配件，由原厂家授权指定维护代理商进行维修服务，具有唯一性，建议采用单一来源采购方式进行采购。</p>		
	专业人员签字	邓豪发	日期: 2024年7月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。